

安徽省临床检验中心
安徽省临床检验质量控制中心
安徽省疾病预防控制中心

关于 2020 年疟原虫镜检考核结果的通报

各有关单位：

根据国家卫生健康委办公厅等 13 个部门《关于印发防止疟疾输入再传播管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2020〕26 号）要求，为提升全省医疗机构的疟疾监测能力，及时发现疟疾病例，2020 年 12 月，我省组织开展了 2020 年疟原虫镜检考核，共抽取全省 129 家医疗机构检验科参加，现对结果通报如下：

本次考核共有 127 家被考核单位报送了血涂片，126 家报送了镜检结果。经专家组盲审，各单位考核平均得分为 78.6 分，最高分为 100 分，最低分为 28 分（详见附表 1），其中 106 家（84.8%）总得分 ≥ 60 分。总得分为 100 分的单位有 4 家，分别为合肥市第二人民医院长江东路院区、合肥市第二人民医院广德路院区、马鞍山市临床检验中心、定远县总医院；总得分 ≥ 90 分的单位有 29 家，分别为蚌埠市第一人民医院、安徽医科大学第二附属医院、安徽医科大学第一附属医院、蚌埠市第二人民医院、池州市人民医院、太和县人民医院、安徽省立医院南区、肥东县人民医院、蚌埠市第三

人民医院、黄山区人民医院、安医大第一附属医院高新分院、安庆市立医院、阜南县人民医院、六安市第四人民医院、马鞍山市中心医院、濉溪县人民医院、泾县人民医院、临泉县人民医院、安徽省第二人民医院黄山路院区、六安市人民医院、马鞍山市传染病医院、皖南医学院弋矶山医院、亳州市人民医院、明光市人民医院、安医大附属阜阳医院、合肥市第一人民医院、金寨县人民医院、宿松县人民医院、淮南市第一人民医院。

本次考核中，血涂片制作满分为 30 分，结果平均得分为 20.1 分，其中有 91 家（71.6%）得分 \geq 18 分，12 家（9.4%）得分为 0。各单位报送的血涂片存在的问题主要有：厚血膜脱落或被固定、薄血膜溶血、杂质过多影响镜检、着色差无法镜检等；血片镜检满分为 60 分，结果平均得分为 48.6 分（详见附表 2），其中 24 家（19.0%）定性和定种全部正确；90 家（71.4%）定性全部正确；阴性片、恶性疟片、间日疟片、卵形疟片 and 三日疟片镜检正确率分别为 82.0%、66.5%、63.8%、51.3%和 70.0%。

根据省卫生健康委要求，2021 年度我省将继续开展疟原虫镜检考核工作，请各单位加强检验人员相关技能的培训，提高血涂片制作和疟原虫镜检水平，按考核要求及时报送结果。

附表 1 2020 年疟原虫镜检考核结果统计表

附表 2 2020 年疟原虫血片镜检结果统计表

安徽省临床检验中心



安徽省临床检验质量控制中心



安徽省疾病预防控制中心

2021年3月31日



抄送：省卫生健康委员会、各市卫生健康委员会

附表 1

2020 年疟原虫镜检考核结果统计表

医院名称	总分 (100 分)	制片得分 (30 分)			镜检得分 (60 分)	结果及血片报 送得分(10 分)	备注
		片 1	片 2	片 3			
安徽省立医院	67.0	7	7	7	36	10	
安徽医科大学第一附属医院	97.0	9	9	9	60	10	
蚌埠医学院第一附属医院	81.0	7	8	8	48	10	
皖南医学院弋矶山医院	91.0	9	9	9	54	10	
安庆市立医院	94.0	10	10	10	54	10	
安庆市第八人民医院	68.0	7	7	8	36	10	
怀宁县人民医院	77.0	6	7	6	48	10	
桐城市立医院	-	-	-	-	42	5	未报送血涂片
望江县人民医院	88.0	7	8	9	54	10	
太湖县人民医院	89.0	7	9	9	54	10	
潜山市立医院	76.0	8	8	8	42	10	
岳西县人民医院	56.0	8	7	7	24	10	
宿松县人民医院	90.0	7	10	9	54	10	
蚌埠医学院第二附属医院	76.0	6	6	6	48	10	
蚌埠市第一人民医院	99.0	9	10	10	60	10	
蚌埠市第二人民医院	97.0	9	9	9	60	10	
蚌埠市第三人民医院	96.0	9	9	8	60	10	
蚌埠市中医院	-	8	9	7	-	5	未报送镜检结果
怀远县人民医院	69.0	7	7	9	36	10	
五河县人民医院	78.0	5	5	4	54	10	
固镇县人民医院	87.0	9	10	10	48	10	

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
亳州市人民医院	91.0	9	9	9	54	10	
亳州市华佗中医院	89.0	8	9	8	54	10	
涡阳县人民医院	86.0	8	8	6	54	10	
蒙城县第一人民医院	79.0	9	9	9	42	10	
利辛县人民医院	46.0	0	0	0	36	10	3张厚血膜固定
池州市人民医院	97.0	10	9	8	60	10	
池州市第二人民医院	86.0	8	7	7	54	10	
东至县人民医院	75.0	9	10	10	36	10	
石台县人民医院	64.0	0	6	6	42	10	
青阳县人民医院	87.0	9	5	9	54	10	
滁州市第一人民医院	88.0	6	6	6	60	10	
滁州市第二人民医院	76.0	10	10	10	36	10	
滁州市第五人民医院	87.0	9	10	10	48	10	
定远县总医院	100.0	10	10	10	60	10	
凤阳县人民医院	85.0	7	7	7	54	10	
明光市人民医院	91.0	10	8	9	54	10	
天长市人民医院	76.0	4	4	4	54	10	
来安县人民医院	61.0	5	5	5	36	10	
全椒县人民医院	74.0	8	0	8	48	10	1张杂质过多影响镜检
淮南市第一人民医院	90.0	9	9	8	54	10	
淮南市新华医院	58.0	2	2	2	42	10	
淮南市第二人民医院	79.0	7	7	7	48	10	
淮南市第五人民医院	41.0	0	6	7	18	10	1张杂质过多且着色差影响镜检

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
凤台县人民医院	52.0	0	0	0	42	10	1张无厚血膜, 2张着色差影响镜检
寿县人民医院	52.0	0	0	0	42	10	3张着色差影响镜检
安医大附属阜阳医院	91.0	9	9	9	54	10	
阜阳市人民医院	68.0	6	5	5	42	10	
阜阳市第二人民医院	75.0	5	0	0	60	10	2张杂质过多影响镜检
阜阳市第五人民医院	70.0	5	8	5	42	10	
颍上县人民医院	62.0	6	4	6	36	10	
临泉县人民医院	92.0	9	9	10	54	10	
界首市人民医院	79.0	7	7	7	48	10	
太和县人民医院	97.0	9	9	9	60	10	
阜南县人民医院	94.0	7	9	8	60	10	
安徽医科大学第二附属医院	99.0	10	9	10	60	10	
安徽省立医院南区	97.0	9	9	9	60	10	
安徽中医药大学第一附属医院	73.0	8	7	6	42	10	
安徽省第二人民医院	70.0	0	0	0	60	10	1张厚血膜脱落, 2张着色差影响镜检
安徽省第二人民医院黄山路院区	92.0	10	9	9	54	10	
安徽医科大学第四附属医院	83.0	9	7	9	48	10	
武警安徽省总队医院	58.0	0	0	0	48	10	3张厚血膜脱落
合肥市第一人民医院	91.0	9	9	9	54	10	
合肥市第二人民医院长江东路院区	100.0	10	10	10	60	10	
合肥市第二人民医院广德路院区	100.0	10	10	10	60	10	
合肥市第三人民医院	73.0	8	9	10	36	10	
合肥市第四人民医院	52.0	0	0	0	42	10	3张着色差影响镜检

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
合肥市第五人民医院	89.0	9	8	8	54	10	
合肥市滨湖医院	79.0	9	9	9	42	10	
合肥市第八人民医院	87.0	8	7	8	54	10	
安医大第一附属医院高新分院	95.0	9	8	8	60	10	
安徽省立医院感染病院	69.0	0	5	0	54	10	2张着色差影响镜检
肥东县人民医院	97.0	8	10	9	60	10	
肥西县人民医院	81.0	7	8	8	48	10	
长丰县人民医院	88.0	9	7	8	54	10	
庐江县人民医院	82.0	5	6	7	54	10	
安医大附属巢湖医院	86.0	7	7	8	54	10	
黄山市人民医院	88.0	10	10	10	48	10	
黄山首康医院	85.0	7	7	7	54	10	
黄山区人民医院	96.0	9	9	8	60	10	
黄山市第三人民医院	63.0	6	6	5	36	10	
歙县人民医院	75.0	3	7	7	48	10	
休宁县人民医院	-	-	-	-	-	-	未报送镜检结果和血涂片
黟县人民医院	59.0	7	0	0	42	10	2张杂质过多影响镜检
祁门县人民医院	85.0	7	6	8	54	10	
六安市人民医院	92.0	9	9	10	54	10	
六安世立医院	88.0	8	8	8	54	10	
六安市第四人民医院	93.0	8	8	7	60	10	
六安市第六人民医院	65.0	7	0	0	48	10	2张着色差影响镜检
金寨县人民医院	91.0	6	7	8	60	10	

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
舒城县人民医院	-	9	9	8	-	5	未报送镜检结果
霍邱县第一人民医院	76.0	9	9	0	48	10	1张杂质过多影响镜检
霍山县人民医院	87.0	6	7	10	54	10	
马鞍山市中心医院	93.0	9	10	10	54	10	
马鞍山市临床检验中心	100.0	10	10	10	60	10	
马鞍山市传染病医院	92.0	9	10	9	54	10	
含山县人民医院	54.0	0	4	4	36	10	1张着色差影响镜检
和县人民医院	56.0	8	8	0	30	10	1张杂质过多影响镜检
当涂县人民医院	77.0	8	8	9	42	10	
博望区人民医院	88.0	8	8	8	54	10	
芜湖市第二人民医院	74.0	8	7	7	42	10	
芜湖市第三人民医院	52.0	0	0	0	42	10	3张厚血膜固定
无为县人民医院	28.0	0	0	0	18	10	3张厚血膜脱落
芜湖县中医医院	46.0	2	2	2	30	10	
繁昌县人民医院	88.0	9	8	7	54	10	
南陵县人民医院	79.0	7	7	7	48	10	
宿州市第一人民医院	73.0	7	7	7	42	10	
砀山县人民医院	77.0	8	8	9	42	10	
萧县人民医院	84.0	10	10	0	54	10	1张厚血膜脱落
灵璧县人民医院	52.0	0	0	0	42	10	3张薄血膜溶血
泗县人民医院	83.0	7	0	6	60	10	1张杂质过多且着色差影响镜检
泗县中医院	52.0	0	0	0	42	10	3张着色差影响镜检
淮北市人民医院	82.0	10	10	10	42	10	

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
淮北市矿工总院	79.0	5	4	0	60	10	1张杂质过多且着色差影响镜检
濉溪县人民医院	93.0	9	10	10	54	10	
宣城市人民医院	81.0	9	10	10	42	10	
宣城市中心医院	80.0	0	8	8	54	10	1张杂质过多影响镜检
宁国市人民医院	69.0	5	6	6	42	10	
旌德县人民医院	69.0	9	7	7	36	10	
旌德县中医院	80.0	7	7	8	48	10	
泾县人民医院	93.0	10	10	9	54	10	
泾县中医院	52.0	0	0	0	42	10	3张着色差影响镜检
郎溪县人民医院	88.0	8	8	8	54	10	
郎溪县中医院	82.0	6	6	6	54	10	
广德市人民医院	40.0	0	0	0	30	10	3张厚血膜固定
绩溪县人民医院	68.0	10	9	9	30	10	
铜陵市人民医院	85.0	5	5	5	60	10	
铜陵市第五人民医院	89.0	9	9	7	54	10	
枞阳县人民医院	55.0	5	5	5	30	10	

附表 2

2020 年疟原虫血片镜检结果统计表

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	P.f	P.v	P.o	阴性	P.v	40	80
2	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	100	100
3	阴性	P.o	P.f	P.o	P.v	阴性	P.v	P.f	P.m	P.v	60	100
4	P.o	阴性	阴性	P.f	P.o	P.o	阴性	阴性	P.f	P.v	80	100
5	P.o	P.f	P.o	阴性	阴性	P.v	P.f	P.o	阴性	阴性	80	100
6	阴性	阴性	P.f	P.o	P.f	P.v	阴性	P.o	P.m	P.f	40	80
7	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	P.f	P.f	阴性	P.v	阴性	60	100
8	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	P.o	阴性	P.v	P.f	P.m	60	80
9	P.f	P.o	P.o	阴性	P.v	P.f	P.m	P.o	阴性	P.v	80	100
10	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.v	P.m	P.f	阴性	80	100
11	P.o	P.o	P.f	阴性	P.m	P.o	P.v	P.v	阴性	P.v	40	100
12	P.f	阴性	阴性	P.v	P.m	P.f	P.v	P.m	P.f	P.o	20	60
13	P.o	P.v	P.f	P.o	阴性	P.m	P.v	P.f	P.o	阴性	80	100
14	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.v	60	100
15	P.o	P.v	阴性	P.f	阴性	P.o	P.v	阴性	P.f	阴性	100	100
16	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	100	100
17	阴性	P.o	P.f	阴性	P.f	阴性	P.o	P.f	阴性	P.f	100	100
18	P.v	P.o	阴性	P.f	P.f	-	-	-	-	-	-	-
19	P.f	P.m	P.f	阴性	P.o	P.o	阴性	P.f	阴性	P.v	40	80
20	P.o	P.f	P.v	P.o	阴性	P.m	P.f	P.v	P.o	阴性	80	100
21	阴性	P.f	P.f	P.o	阴性	阴性	P.v	P.f	P.v	阴性	60	100

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
22	P.m	P.v	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	80	100
23	阴性	P.v	P.f	P.m	P.f	阴性	P.v	P.o	P.m	P.f	80	100
24	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.o	P.f	阴性	80	100
25	P.f	P.v	阴性	阴性	P.o	P.m	P.v	阴性	P.f	P.o	60	80
26	阴性	阴性	P.o	P.o	P.f	P.o	阴性	P.v	P.v	P.f	40	80
27	P.m	P.f	阴性	P.o	P.o	P.m	P.f	阴性	P.o	P.o	100	100
28	阴性	P.o	P.f	P.m	P.f	阴性	P.o	P.v	P.m	P.f	80	100
29	P.f	阴性	P.f	P.o	阴性	P.v	P.m	P.f	P.v	阴性	40	80
30	P.f	P.f	P.v	阴性	P.m	P.m	P.f	P.o	阴性	P.v	40	100
31	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.v	P.f	P.m	阴性	阴性	80	100
32	P.o	P.o	阴性	P.v	P.f	P.o	P.o	阴性	P.v	P.f	100	100
33	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	P.f	P.f	P.m	P.f	P.o	60	60
34	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	P.f	P.f	阴性	80	80
35	阴性	P.f	P.m	阴性	P.o	阴性	P.f	P.m	阴性	P.o	100	100
36	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	80	100
37	阴性	P.v	P.o	P.f	P.o	阴性	P.m	P.o	P.f	P.o	80	100
38	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.v	P.f	P.m	阴性	80	100
39	阴性	P.o	阴性	P.f	P.o	阴性	P.o	P.f	P.o	P.v	40	80
40	阴性	P.f	P.o	P.o	阴性	阴性	P.o	P.o	P.v	阴性	60	100
41	P.v	P.f	阴性	P.f	P.m	P.m	P.f	阴性	P.f	P.m	80	100
42	P.v	P.f	P.f	P.m	阴性	P.m	P.o	P.f	P.v	阴性	40	100
43	阴性	P.o	P.m	P.f	P.o	阴性	P.m	P.v	P.f	P.o	60	100
44	P.f	阴性	P.m	P.v	P.f	阴性	P.v	阴性	P.v	P.v	20	40

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
45	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.v	阴性	P.m	P.f	P.o	60	80
46	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	P.o	阴性	P.f	60	80
47	P.o	P.m	P.f	P.o	阴性	P.v	P.m	P.f	P.o	阴性	80	100
48	阴性	阴性	P.o	P.v	P.f	阴性	阴性	P.v	P.m	P.o	40	100
49	P.v	阴性	P.f	P.m	阴性	P.v	阴性	P.f	P.m	阴性	100	100
50	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	P.v	P.v	阴性	P.m	P.f	60	80
51	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.v	P.o	P.f	P.m	40	80
52	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.o	P.f	阴性	P.m	80	100
53	P.o	P.v	P.f	阴性	P.f	P.m	P.v	P.o	阴性	P.f	60	100
54	P.o	P.f	阴性	P.m	P.f	P.o	P.f	阴性	P.m	P.f	100	100
55	阴性	P.o	P.v	P.f	P.f	阴性	P.o	P.v	P.f	P.f	100	100
56	P.f	P.m	P.v	阴性	阴性	P.f	P.m	P.v	阴性	阴性	100	100
57	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	100	100
58	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	P.m	P.o	阴性	P.v	P.f	60	80
59	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	100	100
60	P.o	P.f	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.f	80	100
61	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.o	P.m	P.v	阴性	80	80
62	阴性	P.f	P.o	P.v	P.f	阴性	P.f	P.v	P.o	P.f	60	100
63	P.m	阴性	P.f	P.v	P.f	P.m	阴性	P.o	P.v	P.f	80	100
64	P.o	P.m	阴性	P.o	P.f	P.o	P.m	阴性	P.o	P.f	100	100
65	P.v	P.o	阴性	P.f	P.o	P.v	P.o	阴性	P.f	P.o	100	100
66	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.v	阴性	P.m	P.v	P.f	40	80
67	P.m	阴性	P.f	P.f	P.o	P.v	阴性	P.f	P.v	P.m	40	100

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
68	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.o	阴性	P.o	阴性	P.m	80	100
69	阴性	P.f	阴性	P.f	P.o	P.m	P.v	阴性	P.f	P.o	60	80
70	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.o	阴性	阴性	80	100
71	阴性	P.f	P.o	P.v	阴性	阴性	P.f	P.o	P.v	阴性	100	100
72	P.o	阴性	P.f	P.m	P.o	P.v	阴性	P.f	P.m	P.o	80	100
73	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	100	100
74	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.v	P.o	P.f	60	100
75	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.v	P.f	80	100
76	阴性	P.m	阴性	P.v	P.f	阴性	P.m	阴性	P.o	P.f	80	100
77	P.f	阴性	P.v	P.f	P.o	P.m	阴性	P.v	P.f	P.o	80	100
78	P.f	P.m	阴性	P.v	P.f	P.o	P.m	阴性	P.o	P.f	60	100
79	P.f	P.v	P.o	阴性	P.o	P.f	P.v	P.v	阴性	P.o	80	100
80	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	100	100
81	P.o	P.o	阴性	P.f	阴性	P.v	P.o	阴性	P.m	P.m	40	80
82	P.f	P.f	P.o	阴性	阴性	P.f	P.f	P.o	阴性	P.m	80	80
83	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	-	-	-	-	-	-	-
84	P.f	P.o	阴性	阴性	P.o	P.f	P.o	阴性	P.m	P.v	60	80
85	阴性	P.v	P.f	阴性	P.m	阴性	P.v	P.o	阴性	P.m	80	100
86	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.v	阴性	阴性	80	100
87	P.f	P.m	阴性	P.o	P.f	P.o	P.m	阴性	P.o	P.f	80	100
88	阴性	P.m	P.f	P.o	P.f	阴性	P.m	P.f	P.o	P.f	100	100
89	P.f	阴性	P.o	P.m	P.o	P.f	阴性	P.m	P.v	P.o	60	100
90	P.f	阴性	P.o	P.o	P.v	P.f	阴性	P.o	P.o	P.v	100	100

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
91	P.f	阴性	P.o	阴性	P.o	-	-	-	-	-	-	-
92	P.m	P.f	P.o	阴性	P.o	P.o	P.f	P.v	阴性	P.o	60	100
93	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	80	100
94	阴性	P.o	P.o	阴性	P.f	阴性	P.v	P.o	阴性	P.f	80	100
95	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	100	100
96	P.o	阴性	P.f	阴性	P.f	P.o	阴性	P.o	阴性	P.f	80	100
97	P.f	阴性	阴性	P.f	P.o	P.o	阴性	P.m	P.f	P.v	40	80
98	P.m	阴性	P.o	P.f	P.f	阴性	阴性	P.f	P.m	P.o	20	80
99	阴性	P.f	P.m	阴性	P.o	阴性	P.o	P.o	阴性	P.v	40	100
100	阴性	P.o	P.o	P.m	P.f	阴性	P.o	P.v	P.m	P.f	80	100
101	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.o	P.o	P.m	阴性	P.f	60	80
102	P.f	阴性	P.f	P.v	P.o	P.o	阴性	P.f	P.m	P.v	40	100
103	P.f	P.o	P.f	P.m	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	P.v	0	60
104	阴性	P.v	P.f	P.m	P.f	P.f	P.m	P.f	P.m	阴性	40	60
105	P.v	P.f	P.f	阴性	P.m	P.v	P.o	P.f	阴性	P.m	80	100
106	P.o	P.f	P.f	P.m	阴性	P.o	P.m	P.f	P.v	阴性	60	100
107	P.v	阴性	P.f	P.o	P.o	P.v	阴性	P.o	P.v	P.m	40	100
108	P.o	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	P.m	P.o	P.f	阴性	60	80
109	P.f	P.o	P.v	P.f	阴性	P.m	P.o	P.v	P.f	阴性	80	100
110	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	阴性	P.o	P.f	60	80
111	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	100	100
112	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	P.o	P.v	P.f	阴性	60	80
113	阴性	阴性	P.v	P.m	P.f	P.f	阴性	P.v	P.m	P.o	60	80

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
114	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	100	100
115	P.o	P.m	P.o	P.f	阴性	P.o	P.m	P.v	P.f	阴性	80	100
116	P.v	P.f	阴性	P.o	P.f	P.o	P.m	阴性	P.v	P.f	40	100
117	P.v	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	阴性	阴性	P.o	80	100
118	阴性	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.v	40	100
119	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	阴性	P.f	P.v	P.f	阴性	60	60
120	P.m	阴性	P.f	阴性	P.v	P.v	阴性	P.f	阴性	P.o	60	100
121	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.v	P.f	P.m	80	100
122	P.v	P.o	P.f	阴性	P.f	P.f	P.v	P.f	阴性	P.m	40	100
123	P.o	P.f	P.v	阴性	阴性	P.o	P.o	P.v	阴性	阴性	80	100
124	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	80	100
125	P.f	P.o	阴性	P.f	阴性	P.o	P.o	P.m	P.f	P.f	40	60
126	P.o	阴性	阴性	P.f	P.v	P.v	P.f	阴性	P.m	P.o	20	80
127	阴性	P.v	P.m	P.f	阴性	阴性	P.v	P.m	P.f	阴性	100	100
128	P.f	P.m	P.v	P.f	阴性	P.o	P.m	P.v	P.f	阴性	80	100
129	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.f	阴性	阴性	P.f	P.v	40	60

备注： P.f为恶性疟原虫、P.v为间日疟原虫、P.o为卵形疟原虫、P.m为三日疟原虫；“-”为结果未报送。

“正确率”为对考核片的定性和定种均判定正确率，“定性正确率”为对考核片的定性判定正确率。