

安徽省临床检验中心
安徽省临床检验质量控制中心
安徽省疾病预防控制中心

关于开展 2022 年疟原虫镜检考核的通知

各有关单位：

根据安徽省卫生健康委员会等 13 个部门《关于转发防止疟疾输入再传播管理办法的通知》（皖卫疾控秘〔2021〕40 号）要求，为提升全省医疗机构的疟疾监测能力，及时发现疟疾病例，现对全省县级及以上医疗机构开展 2022 年疟原虫镜检考核工作。相关要求通知如下：

一、考核单位

全省县级及以上综合性医疗机构和传染病专科医院，具体名单见附件 1。

二、考核内容

本次考核包括如下两项内容：

（一）疟原虫血涂片制作

所有被考核单位制作 3 张血涂片并染色，血涂片编号：单位序号-血片序号，如安徽省立医院的血涂片编号为 1-1、1-2 和 1-3。血涂片制作和染色标准见《疟原虫检测 血涂片镜检法》（WS/T 569-2017）。

（二）疟原虫血涂片镜检

考核 5 张疟原虫血涂片，厚薄血膜，吉氏染色，上覆盖

盖玻片，检查时只需使用普通油镜。

三、考核时间

2023年1月31日前寄出考核样本，2月15日前请各单位上报考核结果并将制作的血涂片和考核片寄回。

四、考核结果

考核结果上报、评分及报告反馈参照省临检中心寄生虫形态学专业EQA活动计划书和2022年疟原虫镜检考核评分标准，详见网站通知和附件2，省临检中心网址：<http://www.ahccl.cn/>。

样本收寄联系人：姜静静，电话：0551-64383047，地址：合肥市经开区繁华大道12560号安徽省疾病预防控制中心，邮编230601。

结果上报联系人：刘逢春 电话：0551-62283619。

附件：1. 2022年疟原虫镜检考核单位名单
2. 2022年疟原虫镜检考核评分标准

安徽省临床检验中心
2022年12月30日

安徽省临床检验质量控制中心
2022年12月30日

安徽省疾病预防控制中心
2022年12月30日

附件 1

2022 年疟原虫镜检考核单位名单

编号	单位名称	编号	单位名称
1	安徽省立医院	26	利辛县人民医院
2	安徽医科大学第一附属医院	27	池州市人民医院
3	蚌埠医学院第一附属医院	28	池州市第二人民医院
4	皖南医学院弋矶山医院	29	东至县人民医院
5	安庆市立医院	30	石台县人民医院
6	安庆市第八人民医院	31	青阳县人民医院
7	怀宁县人民医院	32	青阳县中医院
8	桐城市立医院	33	滁州市第一人民医院
9	望江县人民医院	34	滁州市第二人民医院
10	太湖县人民医院	35	滁州市第五人民医院
11	潜山市立医院	36	定远县总医院
12	岳西县人民医院	37	凤阳县人民医院
13	宿松县人民医院	38	明光市人民医院
14	蚌埠医学院第二附属医院	39	天长市人民医院
15	蚌埠市第一人民医院	40	来安县人民医院
16	蚌埠市第二人民医院	41	全椒县人民医院
17	蚌埠市第三人民医院	42	淮南市第一人民医院
18	蚌埠市中医院	43	淮南市新华医院
19	怀远县人民医院	44	淮南市第二人民医院
20	五河县人民医院	45	淮南市第五人民医院
21	固镇县人民医院	46	凤台县人民医院
22	亳州市人民医院	47	寿县人民医院
23	亳州市华佗中医院	48	安医大附属阜阳医院
24	涡阳县人民医院	49	阜阳市人民医院
25	蒙城县第一人民医院	50	阜阳市第二人民医院

编号	单位名称	编号	单位名称
51	阜阳市第五人民医院	78	黄山市人民医院
52	颍上县人民医院	79	黄山首康医院
53	临泉县人民医院	80	黄山区人民医院
54	界首市人民医院	81	黄山市第三人民医院
55	太和县人民医院	82	歙县人民医院
56	阜南县人民医院	83	休宁县人民医院
57	安徽医科大学第二附属医院	84	黟县人民医院
58	安徽省立医院南区	85	祁门县人民医院
59	安徽中医药大学第一附属医院	86	六安市人民医院
60	安徽省第二人民医院	87	六安世立医院
61	安徽省第二人民医院黄山路院区	88	六安市第四人民医院
62	安徽医科大学第四附属医院	89	六安市第六人民医院
63	武警安徽省总队医院	90	金寨县人民医院
64	合肥市第一人民医院	91	舒城县人民医院
65	合肥市第二人民医院广德路院区	92	霍邱县第一人民医院
66	合肥市第三人民医院	93	霍山县人民医院
67	合肥市第四人民医院	94	德驭医疗马鞍山总院
68	合肥市第五人民医院	95	马鞍山市临床检验中心
69	合肥市滨湖医院	96	含山县人民医院
70	合肥市第八人民医院	97	和县人民医院
71	安医大第一附属医院高新分院	98	当涂县人民医院
72	合肥市传染病医院	99	博望区人民医院
73	肥东县人民医院	100	芜湖市第一人民医院
74	肥西县人民医院	101	芜湖市第二人民医院
75	长丰县人民医院	102	芜湖市第三人民医院
76	庐江县人民医院	103	无为市人民医院
77	安医大附属巢湖医院	104	湾沚区中医医院

编号	单位名称	编号	单位名称
105	繁昌区人民医院	118	宁国市人民医院
106	南陵县人民医院	119	旌德县人民医院
107	宿州市第一人民医院	120	旌德县中医院
108	砀山县人民医院	121	泾县医院
109	萧县人民医院	122	泾县中医院
110	灵璧县人民医院	123	郎溪县人民医院
111	泗县人民医院	124	郎溪县中医院
112	泗县中医院	125	广德市人民医院
113	淮北市人民医院	126	绩溪县人民医院
114	淮北市矿工总院	127	铜陵市人民医院
115	濉溪县人民医院	128	铜陵市第五人民医院
116	宣城市人民医院	129	枞阳县人民医院
117	宣城市中心医院		

附件 2

2022 年疟原虫镜检考核评分标准

2022 年疟原虫镜检考核每个单位满分 100 分，包括以下两项：

一、疟原虫血涂片制片制作

满分 30 分，每张血片 10 分。不寄或少寄血涂片本项不得分。

项目		检查内容及分值	质量标准
血片制作 (6 分)	厚血膜 (3 分)	血量 (1 分)	4~5 μ l, 每个油镜视野 5-10 个白细胞
		位置大小 (1 分)	玻片右 1/3 处, 直径 0.8~1.0cm
		外观 (1 分)	圆形厚膜均匀, 边缘整齐
	薄血膜 (3 分)	血量 (1 分)	1~1.5 μ l, 红细胞平铺, 互相接触但不互相重叠
		位置大小 (1 分)	玻片 1/2~1/3 处, 长 2.0~2.5cm, 宽 2.0~2.4cm
		外观 (1 分)	舌状, 厚薄均匀, 无划痕, 非波浪状
血片染色质量 (4 分)	染液 (1 分)	使用吉氏染色液染色	
	血膜完整度 (1 分)	血膜完整, 无脱落	
	清洁度 (1 分)	杂质沉渣较少, 视野清晰	
	染色外观 (1 分)	染色均匀, 无遗漏	
具备下列任一条不得分：无厚血膜、无薄血膜、厚血膜固定、薄血膜溶血、杂质过多或着色不好等影响镜检。			

二、疟原虫血涂片镜检

满分 70 分，其中镜检结果判定 60 分，每张血片 12 分，包括定性 6 分，定种 6 分，定性错判不得分；结果及时规范报送 10 分，不及时规范不得分。不寄回考核片本项不得分。